


サホライド液歯科用38%、サホライド・RC液歯科用3.8% 取扱い上の注意事項

〈開栓時の注意〉

開栓時に薬液が飛び出すことがあるので、以下の点にご注意ください。

- ①ノズルに薬液が溜まっていないことを確認してください。
溜まっている場合は、指先でたたいて下に落としてください。
- ②ノズルキャップからはずした開栓ピンをノズルの先端にあて、押し込んでください。
(第2図)

この際、ボトル部分を持つと薬液が飛び出すため、キャップ受を保持してください。



〈使用時の注意〉

本剤が付着した部分は経時的に黒く着色するので、以下の点にご注意ください。

- ①キャップ受中に本剤が溜まった状態でノズルキャップをすると、薬液が外部に押し出されることがあるため、よく拭き取った後にノズルキャップをしてください。
- ②ロケット型外ケース、ノズルキャップ等を置くときには、接触面に薬液が付着していないことを確認してください。

〈雷銀の生成に関する注意〉

本剤が乾燥する過程で爆発感度の高い雷銀が生成される恐れがあります。

雷銀の生成を防止するため、以下の点にご注意ください。

- ①ノズルキャップをカップ代わりに使用しないでください。
- ②使用後はよく拭き取った後にノズルキャップをしてください。
- ③本剤を別の小容器に移して使用する際は、使用後の小容器に残った薬液は直ちに洗い落とすか、乾燥する前に水を含ませた布等でよく拭き取ってください。
- ④本剤を使用する際には、薬液の飛散から目・鼻・口等を保護することを目的に、必ずゴーグル、マスク、手袋等の保護具を装着してください。

発 売 元



株式会社 ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号

製造販売元



東洋製薬化成株式会社
大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号