BEE BRAND MEDICO DENTAL

2026 年 11 月

容器ラベル、個装箱、同梱の使用説明書の改訂のお知らせ

サホライド・現像液・定着液用シミ抜き

サホライドクリーナー

株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、サホライド・現像液・定着液用シミ抜きの「サホライドクリーナー」の容器ラベル、個装箱、同梱の使用説明書の記載内容を改訂いたしますのでご案内申し上げます。

謹白



1　対象製品

サホライドクリーナー

2　変更内容

2-1　製造元を変更

2-2　容器　　：ボトルへの直接印字からラベル貼付に変更し、記載内容を改訂

2-3　個装箱　：裏面の記載内容を改訂

2-4　同梱の使用説明書：記載内容を改訂

変更内容　2-1 製造元を変更

製造元を、伸陽化学工業株式会社から株式会社 ASAHI へ変更いたします。
※製品の内容物・処方に変更はございません。

変更内容　2-2 容器：ボトルへの直接印字からラベル貼付に変更し、記載内容を改訂

ボトルへの表示方法を直接印字から、ラベル貼付に変更いたします。


変更前
（直接印字）



変更後
（ラベル貼付）



変更前



変更後



変更箇所

① 成分表示、安全対策、GHS 絵表示、応急措置等を追加

② 製造元表示を変更

変更内容　2-3　個装箱：裏面の記載内容を改訂



（裏面）

変更前

【安全対策】
● 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。
● 人体に使用しないこと。

医薬用外劇物　サホライドクリーナー1液

危険　硝酸21%含有

● 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷　● 吸入すると生命に危険
● 血液系、呼吸器の障害
● 長期にわたる又は反復ばく露による血液系、呼吸器、歯の障害

【応急措置】
● 皮膚・髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。　● 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。　● 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。　● ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。

サホライドクリーナー2液

危険　チオ尿素含有

● アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ　● 発がんのおそれの疑い
● 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
● 長期にわたる又は反復ばく露による甲状腺の障害のおそれ
● 長期継続的影響によって水生生物に有害

【発売元】
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話：06-6370-4182

【製造元】
伸陽化学工業株式会社
大阪府箕面市稲6丁目10-11

変更後

サホライド・現像液・定着液用シミ抜き

サホライドクリーナー1液　医薬用外劇物
銀化合物のシミを溶かし出して除去する薬剤です。

サホライドクリーナー2液
サホライドクリーナー1液の使用後に用いる薬剤です。

使用方法
1. サホライドクリーナー１液を直接シミに滴下してください。
2. 2～3分後、滴下した部分を水洗いして、水分をよく切ります。
3. サホライドクリーナー2液を直接シミに滴下してください。
4. 約10分後、滴下した部分をよく洗い流してください。

※サホライドクリーナー1液で処理した後は、必ずサホライドクリーナー2液で処理してください。サホライドクリーナー2液で処理しない場合、色戻りすることがあります。

注意事項
1. 詳しい使用方法は、同封されている使用説明書をご覧ください。
2. 布、床、歯科用ユニットなどを傷めたり、変色したりする場合がありますので、目立たないところで試してからご使用ください。
3. 銀化合物のシミ抜き以外には、使用しないでください。
4. 使用後は十分に手を洗い、小児の手の届かないところに保管してください。

使用できないもの：人体、金属、ナイロン
使用に注意が必要なもの：タンパク質等を含む素材（ウール等）では、効果を発揮しない場合があります。

【発売元】
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪市東淀川区西淡路五丁目20番19号
電話：06-6370-4182

【製造元】
株式会社ASAHI
大阪府大阪市平野区加美西2丁目1番13号

① ② ③

変更箇所

① 成分表示、安全対策、GHS 絵表示、応急措置等を容器ラベルへ移行
② 使用方法・注意事項等を追加
③ 製造元表示を変更


変更内容　2-4 同梱の使用説明書：記載内容を改訂

変更前

サホライドクリーナー使用説明書

サホライドクリーナー1で処理した後は、必ずサホライドクリーナー2で処理してください。
下記の処理方法をよくご覧になり、正しくお使い下さい。

使用方法



1回の処理でシミが落ちにくい場合は Step1から Step4の工程を、2～3回繰り返して下さい。

発売元
(株)ビーブランド･メディコ･デンタル
大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号
電話　06-6370-4182

製造元
伸陽化学工業株式会社
大阪府箕面市稲6丁目10-11

シミ抜き時の注意

- 布、床、歯科用ユニットなどを痛めたり、変色する場合がありますので、目立たないところで試してから使用して下さい。
- 金属及びナイロンを腐食しますので、これらの製品には使用しないで下さい。
- 銀化合物のシミを、あらかじめ他の化学薬品や漂白剤で処理しますと、期待される効果が出ませんので、まず、本品でシミ抜き処理を行ってから漂白剤を使用して下さい。
- サホライドクリーナー1の処理により、溶出した銀が手指に付着し褐色になる場合がありますので、ご使用時には手袋を着用して下さい。

注意事項


- 本品には、医薬用外劇物が含まれますので取り扱いには注意して下さい。
- 使用後は、充分に手を洗い、小児の手の届かないところに保管して下さい。
- 銀化合物のシミ抜き以外には、使用しないで下さい。
- 人体には使用しないで下さい。
- 目に入ったときは、速やかに流水で15分以上洗い、医師の手当てを受けて下さい。
- 保管時は、直射日光や高温の場所は、避けて下さい。

変更後

サホライドクリーナー使用説明書

サホライドクリーナー1液で処理した後は、必ずサホライドクリーナー2液で処理してください。

使用方法



① ②

STEP 1	STEP 2		STEP 3		作業終了
汚れのついた部分をまとめて、サホライドクリーナー1液を直接シミに滴下します。	2～3分後、滴下した部分を水洗いします。 ※床材などにご使用の場合は、よく水ぶきしてください。	水洗いした部分をしぼるなどして、水分をよく切ります。	汚れのついた部分をまとめて、サホライドクリーナー2液を直接シミに滴下します。	約10分後、滴下した部分をしっかりと水洗いします。 ※床材などにご使用の場合は、よく水ぶきしてください。	水洗いした部分の水分をよく切り、広げて乾かします。

1回の処理でシミが落ちにくい場合は Step1から Step4の工程を、2～3回繰り返して下さい。

取扱い上の注意

本品には、医療用外劇物が含まれますので取り扱いには注意してください。
・**使用できないもの**：人体、金属、ナイロン
※皮膚、金属及びナイロンを腐食します。
・**使用に注意が必要なもの**：タンパク質等を含む素材(ウール等)では、効果を発揮しない場合があります。
・布、床、歯科用ユニットなどを傷めたり、変色させる場合がありますので、目立たないところで試してから使用してください。
・使用時は、保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
・皮膚・髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぎ、皮膚を水で洗ってください。
・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
・眼に入った場合：流水で数分間注意深く洗い、次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も流水で洗浄を続け、医師の手当てを受けてください。
・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡してください。
・銀化合物のシミを、あらかじめ他の化学薬品や漂白剤で処理しますと、期待される効果が出ませんので、まず本品でシミ抜き処理を行ってから漂白剤を使用してください。
・使用後は十分に手を洗い、小児の手の届かないところに保管してください。
・銀化合物のシミ抜き以外には、使用しないでください。
・保管時は、直射日光や高温になる場所は避けてください。

【発売元】
株式会社ビーブランド・メディコーデンタル
大阪府大阪市東淀川区西淡路五丁目20番19号
電話：06-6370-4182

【製造元】
株式会社ASAHI
大阪府大阪市平野区加美西2丁目1番13号

③

MP0013101

変更箇所

① イラストを追加

② 「シミ抜き時の注意」・「注意事項」を「取扱い上の注意」へ統合し、点線部分の記載追加

③ 製造元表示を変更

3　変更品の製造番号及び出荷時期

製造番号：72608201

出荷時期：2026 年 12 月上旬

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。